

**KÚPNA ZMLUVA**  
**na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým spojených**  
**č. 114/2020**

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“)

**1. Kupujúci:** **Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.**  
So sídlom: Koreszkova 7, 909 82 Skalica  
IČO: 44 444 761  
DIČ: 2022726926  
IČ DPH: SK2022726926  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK24 0200 0000 0027 6692 3254  
Zastúpený: MUDr. Ivan Uhliarik, predseda predstavenstva  
Ing. Ondrej Kadák, podpredseda predstavenstva  
Ing. Tomáš Mikúš, člen predstavenstva  
MUDr. Peter Košík, člen predstavenstva  
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.10510/T  
(ďalej len „**kupujúci**“)

a

**2. Predávajúci:** **R A D I X spol. s r.o.**  
So sídlom: Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica  
IČO: 00 615 803  
DIČ: 2020451653  
IČ DPH: SK2020451653  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK83 1111 0000 0066 2071 8002  
Zastúpený: Martin Renčo  
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 156/S

(ďalej len „**predávajúci**“)  
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**zmluvná strana**“)

Predávajúci je úspešný uchádzač v rámci zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 5a“ uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. S165 zo dňa 26.08.2020 pod zn. 2020/S 165-400260 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2020 dňa 27.08.2020 pod zn. 31611 - MST, zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**ČI. I.**  
**PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zdravotnícku techniku (ďalej len „**predmet zmluvy**“ alebo „**zdravotnícka technika**“), ktorého špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. I: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy pre kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je i záväzok predávajúceho vykonať bezodplatne počas záručnej doby záručný servis a servisné prehliadky zdravotníckej techniky dodaného na základe tejto zmluvy podľa odporúčaní a pokynov výrobcu.
3. Predmetom tejto zmluvy je tiež poskytovanie služieb spojených s dodávkou zdravotníckej techniky, s kompletnou inštaláciou a sfunkčnením, vrátane zaškolenia obsluhy, odvozu a likvidácie obalového materiálu dodanej zdravotníckej techniky. Predmetom tejto zmluvy je aj vynesenie a vyloženie zdravotníckej techniky na miesto určené kupujúcim.
4. Dodávky budú realizované predávajúcim na základe písomných objednávok, v ktorých bude uvedené množstvo a druh zdravotníckej techniky.
5. Súčasťou dodávky zdravotníckej techniky je aj odovzdanie všetkých dokladov a dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, preukazujúcich pôvod zdravotníckej techniky a jeho riadnu prevádzkyschopnosť. Zároveň predávajúci odovzdá kupujúcemu aj všetky príručky a návody potrebné pre riadnu obsluhu predmetu tejto zmluvy.
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy, bez závad a v dohodnutom termíne a čestne vyhlasuje a zaručuje, že predmet zmluvy je nový, nevystavovaný, nepoužívaný, zodpovedajúci požiadavkám kupujúceho. Predávajúci pri dodávke zdravotníckej techniky zabezpečí aj jeho montáž a odskúšanie. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a uhradí za neho dohodnutú kúpnu cenu.
7. V prípade, že výroba požadovaného typu zdravotníckej techniky špecifikovaného v prílohe č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) tejto zmluvy bude ukončená, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu modifikovanú zdravotnícku techniku rovnakého druhu s rovnakými alebo vyššími parametrami ako je zdravotnícka technika podľa špecifikácie tejto zmluvy a v cene podľa článku II. tejto zmluvy. Táto zmena zdravotníckej techniky bude upravená dodatkom k zmluve bez zmeny ceny zdravotníckej techniky a bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu, pričom kupujúci uvedie názov, model a technické parametre predmetu zmluvy.

## **Čl. II. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Kúpna cena predmetu zmluvy uvedeného v článku I. zmluvy bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena zdravotníckej techniky predstavuje sumu 325 500,00 EUR bez DPH (slovom tristodvadsaťpäťtisícpäťsto EUR bez DPH), 390 600,00 EUR s DPH (slovom tristodeväťdesiatšesťtisícšesťsto EUR s DPH). Špecifikáciu ceny obsahuje príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci garantuje pevnú cenu predmetu zmluvy počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy. Kúpna cena je konečná a nemenná.
3. Kúpna cena je stanovená v euro a zahŕňa cenu bez DPH, daň z pridanej hodnoty, colné sadzby, poistné, dopravu do miesta dodania určeného kupujúcim, inštaláciu, odskúšanie zdravotníckej techniky, zaškolenie a všetky ostatné náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy do miesta dodania.
4. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim čiastkovými platbami na základe faktúr vyhotovených predávajúcim po dodaní čiastkových plnení podľa jednotlivých objednávok a podpísaní dodacích listov, ktoré budú vyhotovené predávajúcim, v deň odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy v jednotlivých miestach dodania. Súčasťou daňového dokladu budú dodacie listy na dodávku

zdravotníckej techniky, potvrdené kupujúcim, ktoré budú obsahovať označenie dodanej zdravotníckej techniky, počty jednotlivých druhov dodanej zdravotníckej techniky, mená a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, pečiatku a dátum prevzatia predmetu zmluvy (prípadne môže byť faktúra zároveň aj dodacím listom).

5. Faktúra musí byť vystavená zo strany predávajúceho v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí byť: názov operačného programu, číslo a názov opatrenia, názov Projektu, kód Projektu, číslo a názov zmluvy, číslo faktúry, špecifikácia platby (názov banky predávajúceho vrátane kódu SWIFT, číslo účtu predávajúceho vrátane čísla v tvare IBAN, pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho), dátum doručenia dokladu kupujúcemu (napr. pečiatka podateľne). Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s uvedenými mernými jednotkami, jednotkovými cenami (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).
6. Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu zo strany predávajúceho za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Predávajúci berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov kupujúceho. Predávajúci berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Predávajúci berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov kupujúceho. Predávajúci zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet predávajúceho.

### Čl. III.

#### MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia je: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica.
2. Predávajúci je povinný zdravotnícku techniku dodať, namontovať a odskúšať po obdržaní písomnej objednávky v dodacej lehote 30 dní od obdržania písomnej objednávky prostredníctvom e-mailu, ktorá obsahuje všetky požadované údaje. Objednávku vyhotoví kupujúci. Kupujúci môže v objednávke stanoviť aj dlhšiu dodaciu lehotu v závislosti od náročnosti dodávky a druhu dodávanej zdravotníckej techniky.
3. Celkové trvanie tejto zmluvy: 6 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
4. Objednávku je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu aj poštou, lehota dodania zdravotníckej techniky však začína plynúť od jej doručenia na e-mail predávajúceho: [radix@radix.sk](mailto:radix@radix.sk). Objednávka musí obsahovať názov a typové označenie objednávaného predmetu zmluvy, množstvo (počet kusov), presnú adresu miesta dodania, kontaktnú osobu zodpovednú pre danú dodávku s uvedením čísla telefónu a fakturačné údaje. Kupujúci si vyhradzuje právo objednávať dodanie zdravotníckej techniky podľa svojich potrieb kedykoľvek v priebehu platnosti zmluvy.
5. Kupujúci v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný predmet zmluvy v súlade so zadanou špecifikáciou podľa tejto zmluvy. V prípade, že zistí nesúlad dodaného predmetu zmluvy so zadanou špecifikáciou, resp. zistí jeho poškodenie alebo nefunkčnosť (zjavné vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný predmet zmluvy, pričom v tomto prípade sa predávajúci dostáva do omeškania so splnením svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať nový predmet tejto zmluvy, spĺňajúci kritériá podľa tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej lehote určenej kupujúcim. V prípade opakovaného dodania predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá uvedenej špecifikácii, predstavuje to podstatné porušenie zmluvy a kupujúci si vyhradzuje právo zdravotnícku techniku neodobrať a odstúpiť od zmluvy.

6. Predmet tejto zmluvy sa považuje za dodaný (resp. záväzok predávajúceho dodať zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy za splnený) dňom prevzatia predmetu objednávky kontaktnou osobou kupujúceho určenou v objednávke, po inštalácii dodanej zdravotníckej techniky, sfunkčnenia, odskúšania a zaškolenia jeho obsluhy.
7. Kontaktná osoba kupujúceho potvrdí prevzatie predmetu objednávky podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole, resp. dodacom liste. Dodací list podpisujú poverení zamestnanci predávajúceho a kupujúceho. Dodací list je podkladom na úhradu faktúry.

#### **Čl. IV.**

### **DOHODA O PRECHODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k zdravotníckej technike prechádza z predávajúceho na kupujúceho po úplnom zaplatení kúpnej ceny za predmet zmluvy podľa jednotlivých písomných objednávok.
2. Kupujúci je oprávnený dňom prevzatia dodanej zdravotníckej techniky od predávajúceho užívať dodanú zdravotnícku techniku v rozsahu a spôsobom obvyklým pre jeho použitie, a to bez časového obmedzenia.
3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu zmluvy.

#### **Čl. V.**

### **ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a spôsobilé na užívanie na dojednaný, inak obvyklý účel. V prípade, ak sa tak nestane, zdravotnícka technika má vady. Predávajúci je povinný poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotníckej techniky počas záručnej doby.
2. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť predmetu zmluvy v plnom rozsahu. Kupujúci je povinný písomne reklamovať viditeľnú, resp. zrejmu vadu predmetu zmluvy do 10 pracovných dní od jej zistenia a u skrytých väd do posledného dňa záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom na adresu predávajúceho [servis@radix.sk](mailto:servis@radix.sk), [radix@radix.sk](mailto:radix@radix.sk).
3. Záručná doba na predmet zmluvy je 48 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, pokiaľ výrobca dodanej zdravotníckej techniky neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. Počas záručnej doby bude predávajúci poskytovať kupujúcemu bezplatný servis a údržbu dodanej zdravotníckej techniky.
4. V prípade reklamácie je predávajúci povinný odstrániť vady v lehote do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia vady kupujúcim alebo v inej lehote dohodnutej s kupujúcim, pokiaľ sú vady odstrániteľné. Pokiaľ predávajúci nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ sú vady neodstrániteľné, kupujúci má nárok, aby mu predávajúci v tej istej lehote poskytol nové bezvadné a bezodplatné plnenie za dodanú vadnú zdravotnícku techniku alebo na vrátenie ceny, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu. V prípade výmeny vadnej zdravotníckej techniky za novú začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 3. tohto článku zmluvy.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nevhodným skladovaním zdravotníckej techniky.
6. Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.

7. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotníckej techniky v záručnej dobe bezplatne.
8. Po uplynutí záručnej doby má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vykonanie pozáručného servisu. Cena pozáručného servisu bude stanovená dohodou zmluvných strán.

## **Čl. VI. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA**

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním zdravotníckej techniky v lehote stanovenej v článku III. bod 2. tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu dodávky vo výške 0,05% z ceny včas nedodanej zdravotníckej techniky za každý aj začatý deň omeškania. Nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu nevznikne, pokiaľ omeškanie bolo spôsobené jeho nepripravenosťou prevziať dodávku v dohodnutom termíne, resp. jeho žiadosťou o dodanie zdravotníckej techniky v inom termíne a v prípade okolností, ktoré sú charakterizované ako „vyššia moc“. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním dodávky.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou riadne vyplnenej a doručenej faktúry podľa článku II. bod 6. tejto zmluvy je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie úroku z omeškania v sadzbe ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia vlády SR.
3. V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek z povinností upravených v tejto zmluve, má kupujúci voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každé porušenie povinností. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej kupujúcemu porušením povinností predávajúceho.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami tejto zmluvy ako aj podľa ustanovení § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

## **Čl. VII. SPOLUPRÁCA KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO**

1. Zástupcom kupujúceho pre styk s predávajúcim je Ing. Ivan Medlen, tel.: +421 903 435 641, email: [ivanmedlen@npskalica.sk](mailto:ivanmedlen@npskalica.sk).
2. Zástupcom predávajúceho pre styk s kupujúcim je Mgr. Katarína Ožvaldová, tel.: +421 917 647 456, email: [ozvaldova@servis.sk](mailto:ozvaldova@servis.sk).
3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene vo vyššie uvedených osobách a ich kontaktných údajoch. Zmena podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zmenu zmluvy.
4. Ak má predávajúci v úmysle zadať dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti ďalším čiastkovým predávajúcim (ďalej len „**subdodávateľ**“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho, ktorý takýto bez závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie.

5. V prílohe č. 2 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
6. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to bezodkladne.
7. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi podľa bodu 5. tohto článku zmluvy a o predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
8. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom predávajúceho v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

## **Čl. VIII. ZÁNIK ZMLUVY**

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy odstupujúca strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka a/alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto zmluve.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy predávajúcim sa považuje najmä, nie však výhradne, nedodanie predmetu zmluvy riadne, včas a v kvalite v zmysle dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v dohodnutej lehote ako aj neodstránenie väd predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany preukázateľne vynaložené náklady, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
6. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva neruší od samého začiatku, ale táto zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, budú plnenia zmluvy začaté v čase zrušenia zmluvy riadne ukončené a náklady s tým spojené budú v plnej výške uhradené.

7. Zmluvu je možné ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

## **Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až dňom schválenia tejto nadlimitnej zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom, t.j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi/kupujúcemu, čo je zároveň aj podmienkou jej účinnosti. Ak príslušný kontrolný orgán zákazku neschválí, táto zmluva nenadobudne účinnosť a predávajúcemu nevzniká žiadny nárok voči kupujúcemu na náhradu akejkoľvek škody a/alebo uplatnenie sankcie voči kupujúcemu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
3. Vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. Nevykonateľnosť niektorého ustanovenia zmluvy nemá vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení.
4. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v rámci plnenia tejto zmluvy, a ktoré kupujúci alebo predávajúci označí pri ich poskytnutí za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany zabezpečia ochranu dôverných informácií pred tretími osobami v súlade s § 17 a § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy. Táto povinnosť sa neuplatní vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich sprístupnení stanú verejne známymi bez porušenia tejto zmluvy.
5. Všetky ďalšie zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť očíslované, vyjadrené formou písomného dodatku a musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takto podpísané dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Ustanovenia týkajúce sa záruky, zodpovednostných a sankčných nárokov oboch strán zostávajú v platnosti i po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby ich vysporiadania.
7. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetnej zdravotníckej techniky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,



- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť prednostne formou vzájomnej dohody. K riešeniu sporu súdnou cestou pristúpia zmluvné strany až po vyčerpaní možnosti riešiť spor vzájomnou dohodou. Pri riešení sporov sa zmluvné strany budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojim podpisom.
11. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi po neúspešnom opakovanom doručovaní platí, že písomnosť bola doručená adresátovi dňom vrátenia opakovane doručovanej zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nezvedel.

V BLYSTICE, dňa 24. 11. 2020


V Skalici, dňa 18-11-2020

Za predávajúceho  
R A D I X spol. s r.o.

Za kupujúceho  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

②  s r.o.  
strica  
1653

Martin Benčo  
konateľ

  
MUDr. Ivan Uhlárík  
predseda predstavenstva

MUDr. Peter Košík  
člen predstavenstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.  
Koreszkova 7, 909 82 SKALICA  
IČO: 44444761, DIČ: 2022726926



## **Príloha č. 1**

**Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy**

## Názov zákazky: Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 5a

### Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	R A D I X spol. s r.o.
Sídlo:	Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
IČO:	IČO: 00615803
Kontaktná osoba: (meno, tel. č., e-mail)	Lucia Puškárová, +421 918 674 643, +421 48 414 29 02, obstaravanie@radix.sk

Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laparoskopická veža, ureterorenoskopy, ultrazvukový litotriptor, laserový generátor, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru.

### Pokyny k vyplneniu a predkladaniu tohto dokumentu

Uchádzač vyplní prázdne zelené bunky na každom hárku / liste (Titulný list, Položka c. 1 - Položka c. 9). V každej špecifikácii položky uvedie, či danú podmienku spĺňa vložením textu "áno" alebo "nie" a uvedie presnú hodnotu, ak je to pre daný parameter relevantné. Do stĺpca „Preukázanie splnenia podmienky / parametra“ uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu (v prípade väčšieho rozsahu predloženého dokumentu aj číslo strany), v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ overiť splnenie podmienok / parametrov, napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu). Zároveň tieto dokumenty zahrnie do predkladanej súťažnej ponuky. V prípade, že predmetný dokument je v cudzom jazyku je potrebné predložiť aj úradne overený preklad do slovenského jazyka resp. českého jazyka. Vyplnené všetky hárky je potrebné vytlačiť (hárok Titulný list na výšku s použitím funkcie "Prispôbiť hárok jednej strane" a hárky Položka c. 1 - Položka c. 9 na šírku s použitím funkcie "Prispôbiť všetky stĺpce na jednu stranu" na formát A4), podpísať a následne vyhotoviť sken všetkých podpísaných hárkov, ktorý bude súčasťou ponuky. Okrem podpísaných skenov uchádzač v rámci ponuky predloží tento vyplnený súbor aj vo formáte Excel.

p.č.	Názov položky	Ponúkaný model (Výrobca a typ)	m.j.	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Spolu bez DPH (EUR)
1	Laparoskopická veža vrátane 2 monitorov	STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko Karl STORZ Image 1S 4U Laparoskopická zostava s prislúšenstvom CHIP	kus	1,00	133 209,00	133 209,00
2	Rigidný ureterorenoskop	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen Nemecko Karl Storz rigidný URS 9,5 Fr	kus	1,00	9 371,00	9 371,00
3	Semirigidný ureterorenoskop	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen Nemecko Karl STORZ semirigidný URS 7 Fr.	kus	1,00	6 498,00	6 498,00
4	Flexibilný ureterorenoskop	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen Nemecko Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flex X²S	kus	1,00	19 036,00	19 036,00
5	Digitálny flexibilný ureterorenoskop	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen Nemecko Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-YCS	kus	1,00	55 247,00	55 247,00
6	Inštrumentárium pre perkutánnu extrakciu konkrementov /PEK/	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen Nemecko Karl STORZ PEK inštrumentárium	kus	1,00	6 235,00	6 235,00
7	Inštrumentárium na miniPEK	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen Nemecko Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium	kus	1,00	8 374,00	8 374,00
8	Ultrazvukový litotriptor	EMS - Electro Medical Systems - Švajčiarsko SWISS Lithoclast Trilogy	kus	1,00	39 380,00	39 380,00
9	Laserový generátor	Quanta System S.p.A., Via Acquedotto 109, 21017 Samarate (VA)- ITALY, Taliansko Olympus EMPower H35 LASER	kus	1,00	48 150,00	48 150,00
<b>Celkom bez DPH (EUR)</b>						<b>325 500,00</b>
<b>DPH 20% (EUR)</b>						<b>65 100,00</b>
<b>Celkom vrátane DPH (EUR)</b>						<b>390 600,00</b>

### Osoba oprávnená za uchádzača konať

R A D I X spol. s r.o.	IČO: 00615803
Meno a priezvisko: Martin Renčo	Dátum: 18.9.2020
	podpis a pečiatka



p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
1	Laparoskopická veža vrátane 2 monitorov	kus	1	Chirurgické oddelenie	
			Splnenie podmienky / parametra		
	Popis	Podmienky / parametre	áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné)	Preukázanie splnenia podmienky / parametra
<b>Processor</b>					
	Rozlíšenie	Minimálne 3840 x 2160	áno	3840 x 2160	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Digitálny ZOOM min. 3x	áno	áno	3 x v 7 krokoch	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Rozlíšenie kamery	min. 3840x2160 pixelov	áno	3840x2160 pixelov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Možnosť ovládania funkcií kamery z ovládačov umiestnených na kam. snímacej hlavici	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Módy zobrazenia min. inverzia farieb pomocou posunu farebného spektra, zosvetlenie tmavých oblastí v endoskopickom obraze, zosvetlenie kontrastu	áno	áno	inverzia farieb pomocou posunu farebného spektra, zosvetlenie tmavých oblastí v endoskopickom obraze, zosvetlenie kontrastu	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Integrované spracovanie obrazu a komunikačná zbernica	áno	áno	Integrované spracovanie aj komunikačná zbernica	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Možnosť používateľského prednastavenia kamery	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
<b>Kamerová snímacia hlavica</b>					
	Rozlíšenie	min 3840x2160 pixelov	áno	3840x2160 pixelov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Digitálna min. jednočipová kamerová hlava pre 4K UHD	áno	áno	jednočipová kamera	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Možnosť automatického alebo manuálneho zaostrovania snímaného obrazu	áno	áno	manuálne ostrenie	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Minimálne 3 ovládacie tlačidlá	áno	áno	3 tlačidlá	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Možnosť minimálne 2 ovládacích tlačidiel obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery na min 2 funkcie	áno	áno	2 programovateľné tlačidlá, každé po 2 funkcie	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Hmotnosť kamerovej hlavice	maximálne 300 gramov	áno	210 g	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 2
	Integrované šošovky - ohnisková vzdialenosť	min 18mm	áno	18 mm	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Progressívny scan	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Sterilizovateľná v Sterrad zariadení	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
<b>Záznamové zariadenie</b>					
	Dokumentačné a streamovacie zariadenie pre záznam obrázkov a videosekvencií v UHD rozlíšení	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Možnosť ukladania snímkov a videosekvencií na prenosné odnímateľné pamäťové médium	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Ovládaci panel s dotykovým displejom, min10"	áno	áno	15"	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	MultiStream - súčasný prenos z viacerých zdrojov signálu v jednom streame súčasne, z minimálne 2 zdrojov	áno	áno	z 2 zdrojov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Veľkosť / typ archivačného média , interný HDD	min. 1 TB	áno	2 TB	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Video záznam - rýchlosť zápisu snímkov	min.60 snímkov / sek	áno	60 snímkov / sek	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Možnosť rozšírenia o 4K a 3D moduly, 4K a 3D záznam so zápisom v originálnom zobrazení	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Ovládanie nahrávania tlačidlami na kamerovej hlave	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Export dát do nemocničnej siete PACS s ich automat. priradením k pacientovi, na USB, externý disk	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Minimálne podporované formáty H264, AVI, MP4, JPEG, MP3, WAV	áno	áno	H264, AVI, MP4, JPEG, DICOM, MP3, WAV	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 3
	Možnosť doplnenia o mobilnú pracovnú stanicu	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Možnosť doplnenia o tabletovú /mobilnú aplikáciu	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Možnosť rozšírenia o obojsmernú hlasovú komunikáciu, konferenčný hovor s účasťou minimálne 3 účastníkov	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
<b>Svetelný zdroj</b>					
	Zdroj svetla xenon alebo LED	áno	áno	LED	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Manuálna a automatická regulácia intenzity svetla	áno	áno	automatická cez SCB a manuálna cez dotykovú obrazovku	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Možnosť vyšetrenia v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Možnosť automatickej úpravy intenzity osvetlenia v spolupráci s procesorom	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
<b>Monitor 1</b>					
	4K technológia	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Rozlíšenie	min. 3840x2160 pixelov	áno	4096 x 2160 pixelov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
	Uhlopriečka monitora	min. 30"	áno	31.5"	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 4
<b>Monitor 2</b>					
	4K technológia	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
	Rozlíšenie	min. 3840x2160 pixelov	áno	3840x2160 pixelov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5




Uhlopriečka monitora	min. 54"	áno	55"	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Ergonomický stojan pre monitor	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
<b>Insufiátor a desufiátor</b>				
Výkon	min. 45 litrov/minútu	áno	50 l/minúta	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
S predohrevom plynu / integrovaný alebo externý	áno	áno	integrovaný predhrev plynu	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Digitálne zobrazenie požadovaných (nastavených) a skutočných hodnôt	áno	áno	požadovaných aj skutočných hodnôt	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Digitálne zobrazenie celkového objemu CO2 použitého počas zákroku	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Možnosť použitia režimu pre dospelých alebo deti	áno	áno	režim pre dospelých aj detí	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Čidlo na meranie teploty v miestnosti -presný predhrev plynu podľa aktuálnych hodnôt	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Možnosť pripojenia k tlakovej nádobe	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 5
Insulačný hadicový set s ohrevom, s plynovým filtrom	min. 3ks	áno	1 bal/10 ks, jednorázový	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 6
Vrátane tlakovej hadice a komunikačného kábla s elektrochirurgickou jednotkou pre odsávanie dymu	áno	áno	vrátane hadice aj kábla	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 6, 8
Systém odsávania dymu	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 6
Set hadíc na evakuáciu dymu	áno	áno	1 bal/10 ks, jednorázový	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 6
<b>Elektro chirurgická jednotka</b>				
Výkon	min. 300 W	áno	400 W	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Pre monopolárny rez	min. 4 režimy	áno	12 režimov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Pre monopolárnu koaguláciu	min. 4 režimy	áno	7 režimov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Pre bipolárny rez	min. 2 režimy	áno	4 režimy	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Pre bipolárnu koaguláciu	min. 5 režimov	áno	9 režimov	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Režim monopolárnej transuretrálnej resekcie prostaty	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Možnosť kombinácie bipolárneho a monopolárneho módu v jednom programe	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Režim bipolárnej transuretrálnej resekcie prostaty	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Ovládanie nastavení dotykovým displejom	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Možnosť systému odsávania dymu pri použití elektrochirurgickej jednotky	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Konektor pre automatické rozoznávajúce instrumentov	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Dvojpedálový nožný spínač, s tlačidlom na prepínanie funkcií	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7
Vrátane monopolárneho a bipolárneho kábla	min. po 1ks	áno	po 1 kus	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 7, 8
Vrátane neutr. kábla a neutrálnych lepiacich elektród	min. 50 ks	áno	kábel + 50 elektród	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 8
<b>Irigačné zariadenie</b>				
Rolerový systém	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 8
Prietok	min. 0-2.5 l/min	áno	0-3.5 l/min	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 8
Max.tlak irigácie	500mmHg	áno	500 mmHg	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 8
Irigačné hadice	min. 1ks	áno	1 bal/10 ks, jednorázový	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 9
Možnosť doplnenia ovládanie irigácie do nožného spínača	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 8, 9
<b>Odsávacie zariadenie</b>				
Výkon	min. 30 liter/min.	áno	30 l/min	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 9
Ukazovateľ výkonu sania	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 9
Regulácia výkonu sania	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 9
Súčasťou odsávačky min. 2ks sekrečných nádob s objemom	min. 3L	áno	2 ks po 5 l	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 9
<b>Stojan pre laparoskopickú zostavu</b>				
Možnosť pohyblivého, nastaviteľného ramena pre monitor 1	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 10
Držiak kamerovej hlavy, držiak CO2 fliaš, zbernej nádoby, infúznej fľaše	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 10
<b>Inštrumentárium</b>				
Optika s priemerom min. 10mm a 30°uholom zobrazenia	min. 2 ks	áno	2 ks, 10 mm a 30°	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 10
Optika s priemerom min. 5mm a 30°uholom zobrazenia	min. 2 ks	áno	2 ks, 5 mm a 30°	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 10
Sterilizačný košík pre optiky	min. 2 ks	áno	4 ks	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 10
Svetelvodný kábel, dĺžka min. 2,5m	min. 2 ks	áno	2 ks, 3 m	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 11



Držiak pre sukčný tubus	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 11
Sukčný tubus min 5x360mm	min. 2 ks	áno	2 ks, 5x360 mm	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 11
Sukčný tubus min 10x360mm	min. 2 ks	áno	2 ks, 10x360 mm	Produktový leták na Karl STORZ Image 1S 4U Lap. zostava s príslušenstvom CHIR. Str 11

Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl STORZ Image 1S 4U Laparoskopická zostava s príslušenstvom CHIR


<b>Osoba oprávnená za uchádzača konať</b>	
Svojm podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé	
Meno a priezvisko: <b>Martin Renčo</b> Dátum: <b>18.9.2020</b>	<div style="text-align: right;">   .....  podpis </div>

(21)

r.o.  
ica  
53  
tel.: 071 4 2902

p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie
2	Rigidný ureterorenoskop	kus	1	Urologické oddelenie
	Popis	Podmienky / parametre	Splnenie podmienky / parametra	
			áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné) / Preukázanie splnenia podmienky / parametra
	Bioptické kliešte	min. 2 ks	áno	2 ks / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Kliešte na úchop kameňov	min. 2 ks	áno	2 ks / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Košičky na kamene	min. 2 ks	áno	2 ks / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Box na ureterorenoskop pre sterilizáciu	min. 1 ks	áno	1 ks / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Svetlovodný kábel	min. 1 ks	áno	1 ks / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Pracovná dĺžka	min. 430 mm	áno	430 mm / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Priemer distálneho konca	min. 8 Fr.	áno	8 Fr. / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Priemer ostatného plášťa	min 8,5Fr. max 12 Fr.	áno	9,5 - 12 Fr. / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Smer pohľadu	min. 6°	áno	6° / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Dĺžka svetlovodného kábla	min 2,30 max 3,5m	áno	2,3 m / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Priemer centrálného pracovného kanála	min 6 Fr	áno	6 Fr / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Priemer používaných inštrumentov	max 5Fr	áno	5 Fr / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Počet vstupov na oplach a odsávanie	2ks	áno	2 ks / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Dĺžka bioptických klieští	min 60cm	áno	60 cm / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Priemer bioptických klieští	max 5Fr	áno	5 Fr / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Dĺžka klieští na úchop kameňov	min 60cm	áno	60 cm / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Priemer klieští na úchop kameňov	max 5Fr	áno	5 Fr / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Dĺžka košičkov na kamene	min 60cm	áno	60 cm / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Priemer košičkov na kamene	max 5Fr	áno	5 Fr / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 3
	Distálny koniec plášťa	atraumaticky tvarovaný	áno	atraumaticky tvarovaný / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2
	Umiestnenie okulára	šikmé	áno	šikmé / Produktový leták na Karl STORZ rigidný Ureterorenoskop. Str. 2

Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl Storz rigidný URS 9,5 Fr

Osoba oprávnená za uchádzača konať	
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.	
Meno a priezvisko:	Martin Renšo
Dátum:	18.9.2020
podpis	

(21)

pol. s r.o.

Bystrica


451553

tel.: 0484/14 2502



p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
3	Semirigidný ureterorenoskop	kus	1	Urologické oddelenie	
	Popis	Podmienky / parametre	Splnenie podmienky / parametra		
			áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné)	
				Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Kliešte na úchop kameňov	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Košiky na kamene	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 3
	Box na ureterorenoskop pre sterilizáciu	min. 1 ks	áno	1 ks	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Pracovná dĺžka	min. 430 mm	áno	430 mm	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Priemer distálneho konca	min. 7 Fr.	áno	7 Fr	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Priemer pracovného kanála	min. 3,4 Fr.	áno	3,4 Fr	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Priemer používaných inštrumentov	max. 3Fr	áno	3 Fr	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Priemer oplachovacieho kanála	min. 2,4Fr	áno	2,4 Fr	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Smer pohľadu	min. 6°	áno	6°	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Dĺžka klieští na úchop kameňov	min. 60cm	áno	60 cm	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Priemer klieští na úchop kameňov	max. 3Fr	áno	3 Fr	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Počet vlákien košíka na kamene	min. 4ks	áno	4 ks	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 3
	Dĺžka košíka na kamene	min. 60cm	áno	120 cm	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 3
	Priemer košíka na kamene	max. 2,5Fr	áno	2,5 Fr	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 3
	Vhodnosť použitia s laserovým litotriptorom	áno	áno		Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2
	Umiestnenie okulára	rovnné	áno	rovnné	Produktový leták naKarl STORZ semirigidný URS. Str. 2

Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl STORZ semirigidný URS 7 Fr.

Osoba oprávnená za uchádzača konať	
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a úplné.	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
podpis	

(21)


s r.o.

strica

REDIX  
tel: 048/414 2902

p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
4	Flexibilný ureterorenoskop	kus	1	Urologické oddelenie	
	Popis	Podmienky / parametre	Splnenie podmienky / parametra		
			áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné)	
				Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Úchopové kliešte	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Biopťické kliešte	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Košík na kamene	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Monopolárna koagulačná elektróda	min. 2 ks	áno	2 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 4
	Vrochnák pre nástrojový port	min. 10ks	áno	1bal/10 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Transportný kufor	min. 1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Tester tesnosti	min. 1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Luer adaptor so systémom zabraňujúcim vytečenie vody aj pri otvorenom stopcocku	min. 1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Čistiaca kefka	min. 1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Box na úschovu a sterilizáciu	min. 1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Ohyb koncovej časti hore a dolu	min 270st.	áno	270°	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Smer pohľadu	0st	áno	0°	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Uhol pohľadu	min. 88st	áno	88°	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Pracovná dĺžka	min. 67cm	áno	67 cm	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Priemer pracovného kanála	min. 3,6Fr	áno	3,6 Fr	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Vonkajší priemer	max.8Fr	áno	7,5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 2
	Dĺžka úchopových klieští	min. 100cm	áno	100 cm	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Priemer úchopových klieští	max. 3Fr	áno	3 Fr	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Dĺžka biopťických klieští	min. 100cm	áno	100 cm	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Priemer biopťických klieští	max. 3Fr	áno	3 Fr	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Dĺžka košíka na kamene	min. 120cm	áno	120 cm	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Priemer košíka na kamene	max. 2,5Fr	áno	2,5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 3
	Dĺžka monopolárnej koagulačnej elektródy	min. 110cm	áno	110 cm	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 4
	Priemer monopolárnej koagulačnej elektródy	max. 3Fr	áno	3 Fr	Produktový leták na Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flexi X'S. Str. 4

Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl STORZ flexibilný URS Uretero-Reno-Fibroscope Flex X'S



<b>Osoba oprávnená za uchádzača konať</b>	
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené info	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
podpis	

spol. s r.o.  
 6  
 ká Bystrica  
 03.  
 020451653  
 tel.: 0484 14 2902



p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
5	Digitálny flexibilný ureterorenoskop	kus	1	Urologické oddelenie	
	Popis	Podmienky / parametre	Splnenie podmienky / parametra		
			áno / nie	Presná hodnota	
				Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Videorefrazec s endoskopickým vozikom	1ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2, 7
	LED medicínsky FullHD monitor	1ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	Rozšírenie medicínskeho LED monitora	min 1920x1080pix	áno	1920 x 1080 pixelov	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	Veľkosť uhlopriečky LED monitora	min 26palcov	áno	26"	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	Modulová kamerová jednotka	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	Počet modulov	min 1	áno	2 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	Možnosť využitia rozšírenia pre 1,3 špičkovú kamerovú hlavu, videocendoskopy, rigidnú, flexibilnú endoskopiю, technológiю sledovania kontrastnej látky, 2D/3D exoskop	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	Kapacita záznamového média	min 32GB	áno	32 GB	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 2
	FullHD kamerová hlava	1ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Rozšírenie FullHD kamerovej hlavy	min 1920x1080pix	áno	1920 x 1080 pixelov	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Hmotnosť kamerovej hlavy	max 250g	áno	130 g	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Zdroj studeného svetla LED	1ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Výkon zdroja LED svetla	min 175W	áno	175 W	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Farebná svietivosť (teplota) zdroja svetla	max 6500K	áno	6400 K	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Svetlovodný kábel	min 2ks	áno	2 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Priemer svetlovodného kábla	min 3,5mm max 5mm	áno	3,5 mm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	Dĺžka svetlovodného kábla	min 230cm max 300cm	áno	230 cm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 3
	digitálny flexibilný ureterorenoskop	1ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Distálny ohyb nahor	min 270st	áno	270°	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Distálny ohyb nadol	min 270st	áno	270°	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Pracovná dĺžka	min 67cm	áno	70 cm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Priemer pracovného kanála	min 3,6Fr	áno	3,6 Fr	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Čistiaca kefka	min. 1 ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Vonkajší priemer (priemer plášťa)	min 7,5Fr max 8,5Fr	áno	8,5 Fr	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Úchopové kliešte	min. 2 ks	áno	2 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Bioptické kliešte	min. 2 ks	áno	2 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Košík na kamene	min. 2 ks	áno	2 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Dĺžka úchopových klieští	min. 100cm	áno	100 cm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Priemer úchopových klieští	max 3Fr	áno	3 Fr	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Dĺžka bioptických klieští	min 100cm	áno	100 cm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Priemer bioptických klieští	max 3Fr	áno	3 Fr	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Dĺžka košíka na kamene	min 120cm	áno	120 cm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Priemer košíka na kamene	max 2,5Fr	áno	2,5 Fr	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 5
	Monopolárna koagulačná elektróda	min. 2 ks	áno	2 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 6
	Dĺžka monopolárnej koagulačnej elektródy	min 110cm	áno	110 cm	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 6
	Priemer monopolárnej koagulačnej elektródy	max 3Fr	áno	3 Fr	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 6
	Vrchnák pre nástrojový port	min 10ks	áno	10 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 6
	Transportný kufr	1ks	áno	1 ks	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Tester tesnosti	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Možnosť použitia s laserovým litriptomom s min 230 μm vláknom	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Programovateľné tlačidlá pre priame nahrávanie obrázkov a videa s iné funkcie	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Podpora módov na posun farebného spektra, homogénneho osvetlenia, zvýšenia kontrastu obrazu	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Automatické zaostrovanie	áno	áno		P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 4
	Endoskopický vozík s príslušenstvom - držiak na monitor, polica na prístroje, držiak hlavy kamery, polica pre klávesnicu a myš, polica s madlom, infúzný stojan, zásuvka (šuflik)	áno	áno	vozík s držiakom na monitor, polica na prístroje, držiak hlavy kamery, polica pre klávesnicu a myš, polica s madlom, infúzný stojan, zásuvka	P. leták na Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S. Str 7

Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl STORZ digitálny flexibilný URS Video Uretero-Renoscope Flex-X C S

<b>Osoba oprávnená za uchádzača konať</b>	
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.	
(21)	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
podpis	
pečiatka	

IČ DPH: SK2020100000  
Tel.: 074914 2502



p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
6	Inštrumentárium pre perkutánnu extrakciu konkrementov /PEK/	kus	1	Urologické oddelenie	
			Splnenie podmienky / parametra		
	Popis	Podmienky / parametre	áno / nie	Presná hodnota	
				Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Úhol pohľadu	min 6st	áno	6°	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Priemer pracovného kanála	min 12Fr	áno	12 Fr	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	LUER-locky na oplach	min 1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Pracovná dĺžka	min 23cm	áno	25 cm	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Telescope Bougie set – sada min 6 dilatátorov s priemerom min 9, 12, 15, 18, 21 a 24 Fr.	1ks	áno	1 ks 16 - 9, 12, 15, 18, 21 a 24 Fr	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Pridavný dilatátor	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Priemer prídavného dilatátora	min 27Fr	áno	27 Fr	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Pracovný šaft	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Priemer pracovného šaftu	min 24 max 26Fr	áno	26 Fr	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Dutý obturátor s fasciálnym dilatátorom	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 2
	Úchopové kliešte na kamene	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Bioptické kliešte	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Dĺžka úchopových klieští	min 38cm	áno	38 cm	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Priemer úchopových klieští	min 9,5Fr	áno	10,5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Dĺžka bioptických klieští	min 38cm	áno	38 cm	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Priemer bioptických klieští	min 10Fr	áno	10,5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Nôž rovný	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3
	Plastový box na sterilizáciu	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ PEK inštrumentárium. Str 3


Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl STORZ PEK inštrumentárium

<b>Osoba oprávnená za uchádzača konať</b>	
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
_____	_____
podpis	pečiatka

(21)  spol. s r.o.  
 35  
 Banská Bystrica  
 303  
 02045165B  
 4 2902

p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie
7	Inštrumentárium na miniPEK	kus	1	Urologické oddelenie
Popis	Podmienky / parametre	Splnenie podmienky / parametra		
		áno / nie	Presná hodnota	Preukázanie splnenia podmienky / parametra
Uhol pohľadu	min 7°	áno	12°	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Priemer pracovného kanála	min 6,7Fr	áno	6,7 Fr	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Priemer používaných rigidných inštrumentov	max 5Fr	áno	5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Pracovná dĺžka	min 22cm	áno	22 cm	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Vonkajší šaft	2ks	áno	2 ks	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Priemer šaftu min 15Fr, dĺžka min 18cm, dilatátor	áno	áno	15/16 Fr, 18 cm, dilatátor	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Úchopové kliešte - flexibilné	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Biopťické kliešte - flexibilné	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Úchopové kliešte na kamene s 3 rozšírenými čeľuťami - rigidné	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 3
Dĺžka flexibilných úchopových klieští	min 40cm	áno	40 cm	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Priemer flexibilných úchopových klieští	max 5Fr	áno	5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Dĺžka flexibilných biopťických klieští	min 40	áno	40 cm	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Priemer flexibilných biopťických klieští	max 5Fr	áno	5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Dĺžka rigidných úchopových klieští na kamene s 3 rozšírenými čeľuťami	min 36cm	áno	36 cm	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 3
Priemer rigidných úchopových klieští na kamene s 3 rozšírenými čeľuťami	max 5Fr	áno	5 Fr	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 3
Umiestnenie okulára	šikmé	áno	šikmé	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Bezpečný oborany systém mininvazívnej pektútánnej nefroskopie	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Dilatátory pre MiniPEK	áno	áno		Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 2
Prídavný set dilatátorov min 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr.	áno	áno	9, 12, 15, 18, 21 a 24 Fr	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 3
Plastový box na sterilizáciu	1ks	áno	1 ks	Produktový leták na Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium. Str. 3

Výrobca ponúkaného zariadenia	KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Nemecko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Karl STORZ MIP miniPEK inštrumentárium

Osoba oprávnená za uchádzača konať	
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
podpis	

21

RDIX s r.o.  
IČ: 4712345678  
tel.: 048/414 2902



p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie
8	Ultrazvukový litotriptor	kus	1	Urologické oddelenie
Popis	Podmienky / parametre	Splnenie podmienky / parametra		
		áno / nie	Presná hodnota	Preukázanie splnenia podmienky / parametra
Frekvencia ultrazvukovej energie	min. 19 kHz	áno	23.5 - 26kHz	2), Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Ultrazvuková sonda na litotripsiu 1	min. 2 ks	áno	2ks	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Priemer ultrazvukovej sondy na litotripsiu 1	min 3mm, max3.5mm	áno	3,4mm	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Dĺžka ultrazvukovej sondy na litotripsiu 1	min 30cm, max 42cm	áno	34cm	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Ultrazvuková sonda na litotripsiu 2	min. 2 ks	áno	2ks	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Priemer ultrazvukovej sondy na litotripsiu 2	min 1,3mm, max 1.8mm	áno	1,5mm	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Dĺžka ultrazvukovej sondy na litotripsiu 2	min 37cm, max 58cm	áno	44cm	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Odsávací set pre urológiu	min. 1 ks	áno	1ks	použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 56), Produktový leták na SWISS Lithoclast
Odsávačka	min. 1 ks	áno	1ks	použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 56)
Odsávacia nádoba sterilizovateľná	min. 2 ks	áno	2ks	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Objem odsávacej fľaše	min. 0.5l	áno	2lit	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Silikónový hadicový set na odsávanie	min. 2 ks	áno	2ks	použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 56), Produktový leták na SWISS Lithoclast
Uzáver na odsávaciu fľašu	min. 2 ks	áno	2ks	Produktový leták na SWISS Lithoclast Trilogy (strana 2)
Držiak odsávacej fľaše	min. 1 ks	áno	1ks	použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 52), Produktový leták na SWISS Lithoclast
Ultrazvukový litotriptor - kombinovaný	áno	áno		použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 47), Produktový leták na SWISS Lithoclast
Prístroj využívajúci princíp ultrazvukovej litotripsie a mechanickej litotrip súčasne v jednom zariadení	áno	áno		použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 47), Produktový leták na SWISS Lithoclast
Ovládanie intenzity odsávania na rúkavti litotriptora alebo na integrovanom mieste priamo na litotrioptore	áno	áno	na integrovanom mieste priamo na litotrioptore	použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 64), Produktový leták na SWISS Lithoclast
Možnosť použitia jednorázových sond	áno	áno		použitie_Swiss_Lithoclast_TRILOGY (strana 69), Produktový leták na SWISS Lithoclast

Výrobca ponúkaného zariadenia	EMS - Electro Medical Systems - Švajčiarsko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	SWISS Lithoclast Trilogy

Osoba oprávnená za uchádzača konať	
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
	..... podpis

21

RCDIX

tel.: 048414 2902

R.O.

rica

653

p.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
9	<b>Laserový generátor</b>	kus	1	Urologické oddelenie	
	<b>Popis</b>	<b>Podmienky / parametre</b>	<b>Spĺnenie podmienky / parametra</b>		
			<b>áno / nie</b>	<b>Presná hodnota</b>	
				<b>Preukázanie spĺnenia podmienky / parametra</b>	
	Nastaviteľný výkon pulzného holmiového lasera	min. 0,6-30W	áno	0,5-35W	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 72
	Vlnová dĺžka	min. 2100 nm	áno	2100 nm	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 73
	Energia pulzu	0,2 - 4,0 J	áno	0,1 - 5,0 J	- Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 73
	Nastaviteľná dĺžka pulzu	min. 150- 800µs	áno	96 - 1500µs	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 73
	Pulzná frekvencia	3-25 Hz	áno	3-30HZ	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 73
	Flexifib vlákno	min. 2 ks	áno	2ks	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	RigiFib vlákno	min. 2 ks	áno	2ks	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	Striper - pre flexifib	min. 2 ks	áno	2ks	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	Striper - pre rigifib	min. 2 ks	áno	2ks	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	FibreCut - keramické nožnice	min. 1 ks	áno	1ks	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	Ochranné okuliare	min. 2 ks	áno	2ks	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	Pulzný holmiový YAG laser	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 73
	Použitie na drvenie kameňov	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 54-61
	Použitie na liečbu tumorov	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 54-61
	Použitie na striktúry uretry	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 54-61
	Mobilný na kolieskach	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 25-29
	Ovládanie pedálom	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 35
	Zelený navádzací laser	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 43
	Dostupné jednorázovo aj opakovane použiteľné vlákna od 200 do 1000 µm	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 74
	Použiteľný s flexibilným ureterorenoskopom	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 54-61
	Indikátor energie	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 39
	Kľúčový spínač	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 28
	Bezpečnostné STOP tlačítko	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 28
	Automatické alebo manuálne otvorenie clony konektoru na pripojenie vlákna, pri priblížení laserového vlákna	áno	áno	Manuálne otvorenie clony konektoru na pripojenie vlákna	Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 35
	Automatická korekcia a dopočítavanie parametrov spolu s grafickou vizualizáciou možných úprav nastavení lasera	áno	áno		Návod Laser EMPOWER H35 EGEMP - H35R - návod strana 41

Výrobca ponúkaného zariadenia	Quanta System S.p.A., Via Acquedotto 109, Z1017 Samarate (VA)- ITALY, Taliansko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Olympus EMPOWER H35 LASER

<b>Osoba oprávnená za uchádzača konať</b>	
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.	
Meno a priezvisko:	Martin Renčo
Dátum:	18.9.2020
	podpis

(21)

RODA

tel.: 0438/14 2902

## **Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov**

### **Zoznam subdodávateľov**

Predávajúci v rámci plnenia Kúpnej zmluvy na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým spojených č. 114/2020 neplánuje využiť subdodávateľov.